生产许可证号：苏食药监械生产许20010089号
产品技术要求/备案号：苏镇械备20160017号
生产备案凭证号：苏镇食药监械生产备20151006号


全国服务热线：400-828 7768
800-828 6633
http://www.yuwell.com
股票代码：002223

注册人/生产企业/售后服务单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
住所/生产地址：江苏丹阳市云阳工业园(振新路南)
电话：0511-86900833
传真：0511-86900878
邮编：212300

修订日期：2017年06月

530303-1A

yuwell 鱼跃



医用助行器 （电商专供）
Walking Aid
规格型号：YU710A


使用说明书

使用产品前，请仔细阅读使用说明书
生产日期见合格证或包装
医用助行器(以下简称助行器)

一、产品用途

- 用于辅助手术后下肢行走不便的患者和下肢残疾患者行走或站立，进行康复训练。
- 无禁忌症。

二、结构示意图



三、主要性能与特点

- 采用优质铝合金材料制成，垂直承重能力为100kg。
- 当C形固定套放置在(图一)所示位置时，助行器可固定向前平移，当C形固定套放置在(图二)所示位置时，助行器可左右交叉向前平移。



图一



图二

四、使用方法

- **展开**：将助行器水平放置在地面上，将伸缩管左右拉开，听到横杆弹销“咔哒”一声弹出收缩横杆后方可使用。
- **使用**：

  1、双手握在手把上，两脚齐平，提起助行器，轻轻放在身体前一点，再支撑身体向前移动(C形固定套放置在图一所示位置)。

  2、双手握在手把上，两脚齐平，利用横杆左右交替向前平移。(C形固定套放置在图二所示位置)。
- **收合**：可用一只手指按住横杆弹销，左右先后拉合拼齐，即可达到收合的效果。
- **高度调节**：将一只手指按住四脚弹销，另一只手拉动下脚管，调节至适当的高度即可。

五、注意事项

- 本产品中有关安要求的符号及其含义：

符号	含　义		
⚠警告	表示错误使用时，有可能发生人员伤亡		
⚠注意	表示错误使用时，有可能发生人员伤害或物品损坏		
	向 上		易碎物品
	怕 雨		

⚠注意：

- 使用前检查助行器各紧固件是否牢固，确保无松动缺陷。
- 身体不可过于向前倾倒，防止摔倒。
- 斜坡路面不要使用，光滑路面小心使用。
- 擦拭助行器时应使用软干布。
- 运输及贮存条件：包装后的产品应贮存在相对湿度不超过80%，干燥、通风、无腐蚀性物质的室内。
- 对废弃物的处理按城市有关环境保护的规定进行处理。
- 产品使用期限为1年(易损易耗件除外)

⚠ 警告：如遇问题请勿自行拆装，请与经销商联系。

- 附件清单：说明书(含保修卡)1张、合格证1张。
- 易损易耗件：手把、底塞。

六、售后服务

- 本产品自出售之日起一周内出现非人为因素的质量问题(如断裂、脱焊)，本公司负责包退、包换、包修；在正常使用情况下，本产品自出厂之日起一年内(使用期半年)出现质量问题，本公司将给予免费维修；产品自出厂之日起一年后(使用期半年)出现质量问题，用户可根据发票和保修卡到本公司售后服务部、办事处或经销商处，本公司提供零部件给予维修，合理收费。如用户无法提供发票，保修期限以本公司器号或出厂日期延长一个月认定。
- 以下情况不属于保修范围：

①易损易耗品：手把、底塞；

②擅自拆卸、修理、改造产品而造成的故障；

③在使用、搬运的过程中不慎跌落而造成的故障;

④由于使用不当,造成产品脱漆、脱皮、鼓泡等现象；

⑤外力造成助行器变形、损坏；

⑥没有按照说明书正确方法操作而造成的故障；

⑦不可预见的自然灾害(如：火灾、地震、水灾等)所造成的损坏。

七、其他注意事项

更换周期及更换方法说明：

- **手把更换周期**：根据实际使用状况确定。

  更换方法：请联系厂家更换。
- **底塞更换周期**：6个月或根据实际使用状况确定。

  更换方法：用手拔下旧底塞后更换上新底塞。

对产品保留技术、外观变更的权利，如有变更恕不另行通知，敬请见谅！

保　修　卡

产品型号		出厂编号	
购买日期		经销商(盖章)	
发票号码		用户姓名	
用户地址		电　　话	

保　修　记　录		
日　　期	修理内容	修理者